

Parametry techniczne urządzenia jako UVGI-80

Model	Sterylicator powietrza UV
Zasilanie	AC220V±10%; 50/60Hz
Temperatura	-10°C ~ 40°C
Wilgotność	≤ 80%
Ciśnienie powietrza	600hpa≈1060hpa
Kubatura pomieszczenia	≤80m ³
Wymiana powietrza	≥800m ³ /h
Emisja UV	≤5 μW/cm ² (w odległości 30 cm od sterylizatora)
Poziom hałasu	≤21dB
Pobór mocy	≤260W

Według klasyfikacji ze względu na ochronę przeciwporażeniową, urządzenie jest klasyfikowane jako produkt klasy II, typu B, wyposażenie ogólne.